



Direzione Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATO 3

CAPITOLATO TECNICO

Oggetto:	RDO MePA n. 1576076 ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a, per l'affidamento della fornitura di n. 1 sistema di produzione acqua ultrapura completo di n. 3 kit di ricambio– CIG: 7165142E37
-----------------	---

Requisiti tecnici:

1. Conformità alle norme di sicurezza.
2. Compatibilità con sistema di pretrattamento acqua Elix Reference.
3. Sistema che soddisfa gli standard ASTM di tipo 1.
4. Sistema di purificazione con cartucce a scambio ionico.
5. Display grafico per visualizzare lo stato del sistema e messaggi di allerta per la manutenzione.
6. Portata minima 1,7 L/min.
7. Dotato di erogatore adattabile a varie altezze con filtro finale.
8. Possibilità di impostare i volumi di erogazione.
9. Specifiche tecniche dell'acqua prodotta :
 - 9.1 resistività di $M\Omega \times cm$ 18,2 a $25^{\circ}C$
 - 9.2 contenuto di TOC < 10 ppb
 - 9.3 contenuto particelle < 1 particella/ml
 - 9.4 contenuto batteri < 1 UFC/ml
 - 9.5 contenuto Dnasi < 4 pg/ μl
 - 9.6 contenuto Rnasi < 3 pg/ml
 - 9.7 contenuto endotossine < 0,001 EU/ml
10. Dimensioni (alt.x largh.x profondità in mm) non maggiori di 713x495 x458
11. Dotato di n. 3 kit di ricambio completi